



2 mai 2007

## Information concernant plusieurs implants fabriqués par la société Shelhigh

Le 23/04/07, l'AFSSAPS a émis une alerte de matériovigilance concernant la mise en quarantaine d'implants fabriqués par la société SHELHIGH (document DM-RECO 07/01) en raison d'un risque de non-stérilité.

L'afssaps a diffusé, le 27/04/07, le message d'information aux directeurs, pharmaciens et correspondant locaux de matériovigilance de tous les établissements de santé français, pour diffusion aux services concernés.

### Code nomenclature :

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>