



12 avril 2007

Rappel de lots de prothèses duodénales couvertes de la société MI TECH

La société MI Tech a retiré du marché le 10 avril 2007 tous les lots fabriqués avant février 2007 du dispositif médical dénommé "prothèses duodénales couvertes" références NDC 18 090 180 et NDC 18 110 180 suite à un défaut au niveau du silicone pouvant entraîner des problèmes potentiels lors de la pose.

Le distributeur LIFE Partners Europe a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant, aux services concernés.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>