



24 avril 2007

Information concernant plusieurs implants fabriqués par la société Shelhigh

Le 19/04/07, la FDA a informé l'AFSSAPS d'un risque de non stérilité de plusieurs implants fabriqués par la société Shelhigh, utilisés notamment en chirurgie cardiaque, vasculaire et neurologique.

L'AFSSAPS a diffusé, le 23/04/07, le message d'information aux directeurs, pharmaciens et correspondant locaux de matériovigilance de tous les établissements de santé français, pour diffusion aux services concernés.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>