



28 mars 2007

Recommandation concernant les fils de curiethérapie Ir192 de la société Bebig

En accord avec l'AFSSAPS, la société Bebig a informé le 26 mars 2007 les utilisateurs de fils d'iridium 192 pour la curiethérapie de recommandations d'utilisation suite à un incident causé par l'oubli d'un fil dans un patient.

Les établissements de santé concernés par les recommandations, en France ont reçu le courrier à l'attention des directeurs et des correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de radiothérapie.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>