



5 avril 2007

## **Recommandation concernant les lits pédiatriques - MEDICATLANTIC**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Medicatlantique a informé le 3 avril 2007 les utilisateurs de lits pédiatriques Medicatlantique d'un risque de chute de l'enfant lorsque le lit est placé en position de proclive avec le relève-buste.

La société demande un arrêt de l'utilisation de cette fonction et sa désactivation.

Les établissements de santé concernés par les recommandations, en France, ont reçu le courrier à l'attention du directeur, ingénieur biomédical et chefs de service.

Seule la France est concernée.

**Code nomenclature : 54103**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>