



7 août 2007

Retraits de lots de dispositifs de gastrotonie KIT_HARPON et SGASTROTOMY - société BALT Extrusion

Le 6/08/07, la société BALT Extrusion a retiré du marché tous les lots du dispositif médical dénommé KIT_HARPON ainsi que tous ceux du dispositif médical dénommé SGASTROTOMY suite à un incident survenu du fait du glissement des dispositifs de fixation externe des harpons.

La société BALT Extrusion a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion le cas échéant aux services concernés. Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>