



26 mars 2007

Information importante concernant les défibrillateurs Fred Easyport- Schiller Médical

En accord avec l'AFSSAPS, la société Schiller Médical a informé le 22/03/2007 les utilisateurs de certains défibrillateurs Fred Easyport d'une action corrective suite à la mise en évidence d'un risque de défaillance d'un lot de composants spécifique.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu le courrier à l'attention des directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 32501

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>