



8 août 2007

Rappel de lots de prothèses oesophagiennes références HEV et NES, société Life Partners Europe

En accord avec l'AFSSAPS, la société Life Partners Europe a informé, le 30 juillet 2007, les utilisateurs de prothèses oesophagiennes références HEV et NES, du rappel de deux lots de prothèses, fabriqués en septembre et décembre 2006, en raison d'un défaut portant sur l'épaisseur du silicone recouvrant ces prothèses.

Les établissements de santé concernés par le rappel ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention des directeurs d'établissements de santé, pharmaciens et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant, via ses distributeurs.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>