

Signalements classés par causes de 1996 à 1999										
CAUSES	1996		1997		1998		1999		TOTAL	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Défaut de conception	164	13,6	350	11,5	368	9,3	232	9,4	1114	10,4
Défaut de fabrication	136	11,3	552	18,1	814	20,6	397	16,0	1899	17,8
Autres défauts en relation avec le fabricant	144	12,0	162	5,3	53	1,3	14	0,6	373	5,5
Défaut de dispensation ou d'exploitation	46	3,8	158	5,2	222	5,6	123	5,0	549	5,1
Utilisation inadéquate	183	15,2	526	17,2	615	15,6	341	13,8	1665	15,6
Inhérentes à la technique	113	9,4	198	6,5	215	5,4	134	5,4	660	6,2
Causes extérieur	37	3,1	67	2,2	94	2,4	74	3,0	272	2,5
Pannes	61	5,1	300	9,8	587	14,8	545	22,0	1493	14,0
Causes non retrouvées	243	20,2	604	19,8	879	22,2	528	21,3	2254	21,1
Insuffisance de normes	6	0,5	7	0,2	11	0,3	4	0,2	28	0,3
Autres	71	5,9	130	4,3	96	2,4	88	3,5	385	3,6
TOTAL	1204	100	3054	100	3954	100	2480	100	10692	100

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.
Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication sur papier du *Ministère chargé de la santé*.

<http://www.hosmat.fr>