

IMPORTANT : Information produit

Lyotrol N – Réf : 62373

Lots :

761544501 péremption 13/12/03
764944501 péremption 13/12/03
768124901 péremption 13/12/03
769686101 péremption 13/12/03
769587701 péremption 19/09/04
770012201 péremption 19/09/04

Marcy l'Etoile, le 24 octobre 2003

A l'attention du Responsable du laboratoire

Madame, Monsieur,

Vous êtes utilisateurs de notre sérum de contrôle **Lyotrol N (réf : 62373)** pour l' un des lots suivants :

761544501 – 764944501 – 768124901 – 769686101 – 769587701 - 770012201

Notre laboratoire de contrôle qualité a observé, à partir du mois d'août 2003, une élévation du titre en **HDL Cholestérol et HDL phospholipides de ces lots** avec notre technique par **méthode de précipitation** : HDL Cholestérol / Phospholipides (réf : 61531).

Cette augmentation de titre implique potentiellement l'obtention de résultats hors spécifications par rapport aux informations contenues dans la notice, et a pu retenir votre attention en vous empêchant de valider votre série d'analyse.

En accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, nous vous recommandons de ne plus utiliser ces lots de Lyotrol N pour valider vos dosages réalisés par méthode de précipitation.

Nous vous précisons que ces lots de Lyotrol N peuvent parfaitement être utilisés pour tous les autres paramètres titrés, y compris pour HDL Cholestérol **Direct** référence 61530.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information :

Conscients des perturbations que cette situation peut engendrer, notre service Assistance Technique se tient à votre disposition pour tout complément d'information :

Tél. 0 820 22 3000 – Fax. 04 78 87 22 25

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Service Clients France