

A l'attention des Directeurs des Etablissements de Santé,
des Responsables de Laboratoires et des Correspondants locaux de Réactovigilance

Le 27 Septembre 2004

INFORMATION PRODUITS

Contrôle de niveau 1 pour CLEW A 96 – Réf. 6F12-01 – Lot B04006
Contrôle de niveau 3 pour CLEW A 96 – Réf. 6F14-01 – Lot B04008

Madame, Monsieur,

Abbott Point of Care a identifié des erreurs sur les plages des valeurs de référence au niveau des notices des contrôles cités en titre de ce courrier.

Les valeurs cibles ou "moyennes" étaient par contre correctes.

C'est pourquoi, nous vous adressons une version corrigée des notices qui annule et remplace la version antérieure :

Fiche de valeurs de référence	CLEW	Notice n°	Notice n°
Contrôle de niveau 1 Lot B04006	A96	716032-01A	doit être remplacée par 716032-01B
Contrôle de niveau 3 Lot B04008	A96	716036-01A	doit être remplacée par 716036-01B

Il est recommandé de réévaluer les résultats du contrôle de qualité des paramètres concernés par cette modification, en utilisant les nouvelles Fiches de valeurs de référence.

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le formulaire en annexe attestant de la mise en œuvre de ces recommandations, par fax au **01 45 60 26 98**.

Pour toute question complémentaire d'ordre technique, vous pouvez contacter le Service Assistance Téléphonique d'Abbott Diagnostic au 01.45.60.25.97

Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Pascal COLLIN
Responsable de l'Assurance Qualité
ABBOTT Diagnostic
pour ABBOTT Point Of Care

FA20SEP2004

INFORMATION PRODUITS du xx Septembre 2004.

Contrôle de niveau 1 pour CLEW A 96 – Réf. 6F12-01 – Lot B04006

Contrôle de niveau 3 pour CLEW A 96 – Réf. 6F14-01 – Lot B04008

Formulaire à retourner par fax à Abbott Diagnostic au 01 45 60 26 98

Coordonnées du site :

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Nom / Fonction de la personne remplissant ce formulaire :

Je confirme avoir pris connaissance et appliqué les instructions adressées par les Laboratoires Abbott .

Signature :

Date :