

A l'attention des clients utilisateurs

Faire copie à Directeurs d'établissements
Responsables de laboratoires
Correspondants de réactovigilance

Marnes, le 30 novembre 2005

Objet : RETRAIT DU REACTIF PATHFINDER HSV 1+2, référence 25215, Numéro de Lot : 930848

Madame, Monsieur,

Suite au signalement d'un utilisateur, des investigations sur le réactif *Pathfinder® HSV 1+2*, référence 25215, Numéro de Lot : 930848 ont montré la présence de contamination dans quelques flacons d'anticorps monoclonal anti-HSV1 (identifiés avec le numéro de lot 927277) inclus dans le kit. Ce phénomène peut entraîner une diminution de la fluorescence des contrôles et des échantillons patients.

Vous avez reçu au moins 1 coffret du lot concerné de ce réactif.

En accord avec l'AFSSAPS, nous vous prions de ne plus utiliser ce lot de réactif et de contacter notre Assistance Téléphonique Client au 01.47.95.60.91 pour son remplacement, le cas échéant.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments dévoués.

Sylvie CONFIDA
Directrice Qualité

Sandrine LESAGE
Chef de Produits France