

CHG SELESTAT
Laboratoire de biologie médicale
23 avenue Pasteur BP216
67604 SELESTAT

Dardilly, le 11 Mars 2004

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

Objet : Cefpodoxime + acide clavulanique CT1596B lot 368726

Madame, Monsieur,

Vous avez reçu 1 coffret de **disques Cefpodoxime+acide clavulanique CT1596B lot 368726**:

| Réf.commande client | Réf.commande Oxoid | N° de livraison | Date de livraison | N°de lot | Quantité livrée |
|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|
| 14/14095/04 | 879995 | 81450387 | 23/11/2004 | 368726 | 1 |

Les contrôles de qualité effectués sur ce lot ont détecté un défaut de concentration en antibiotique pouvant occasionner un défaut de détection des β lactamases à spectre élargi.

En conséquence, nous vous demandons de ne plus utiliser ces coffrets .

Dans la mesure du possible, nous vous demandons de recontrôler les résultats obtenus avec ce lot.

Merci de bien vouloir nous retourner par fax au 04 78 66 03 76 l'accusé de réception ci joint en annexe.

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

ACCUSE DE RECEPTION

OXOID SA
6 route de Paisy
69571 DARDILLY CEDEX
Fax : 04 78 66 03 76

Je soussigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir détruit les coffrets de Cefpodoxime+ acide clavulanique CT1596B lot 368726
en ma possession.

Date :

Tampon et signature du responsable :