

Rungis, le 6 octobre 2006

A transmettre aux Directeurs des Etablissements de Santé,  
des Responsables de Laboratoire et des Correspondants locaux de  
Réactovigilance

**RAPPEL DE LOT**

**Dosage Phénobarbital (Chimie clinique)  
Référence : 1E08-20  
Numéro de lot : 41008HW00 (péréemption 31/10/06)**

Madame, Monsieur,

Suite à des investigations, nous avons identifié un défaut de performance du dosage Phénobarbital qui se manifeste par des résultats trop élevés pour les contrôles et patients et/ou l'incapacité de calibrer. Les résultats patients rendus avec des contrôles de qualité répondant aux critères de validation ne sont pas affectés.

Par conséquent, en accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), **nous vous demandons de cesser d'utiliser, et de détruire tout coffret de réactifs Phénobarbital lot 41008HW00** qui serait en votre possession.

Les laboratoires Abbott ont décidé d'arrêter la distribution des réactifs Phénobarbital tant que l'origine du problème n'aura pas été identifiée.

Vous pouvez contacter votre représentant ABBOTT afin de trouver la meilleure solution alternative de dosage du phénobarbital.

En vous priant de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée, nous vous prions de bien vouloir agréer, madame, monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

**Géraldine MORIN**  
Assistante Assurance Qualité