

Dardilly, le 13 Mars 2006

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Coffret pour le diagnostic de mononucléose infectieuse
DR0680M IM test - lot 382735**

Madame, Monsieur,

Suite à des informations d'utilisateurs, un contrôle préliminaire a été effectué sur le lot 382735 de la référence DR0680M IM TEST. Ce contrôle a montré la possible survenue de résultats faux positifs faibles.

En conséquence et avec l'accord de l'AFSSAPS, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser le lot 382735 de la référence DR0680M IM test**
- **de détruire les tests restants et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76. A réception nous procéderons à l'échange des tests.**
- **Si cela n'a pas été fait, de contrôler les résultats positifs générés avec le lot 382735.**

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)

OXOID SA

6 route de Paisy

69571 DARDILLY CEDEX

Fax : 04 78 66 03 76 -téléchargé_via_:reactovigilance.org

Je sousigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir détruit tests de IM TEST DR0680M lot 382735 en ma possession.

Date :

Tampon et signature du responsable :