

Nos réf.:CS/FC

«LivNom»

«LivInterloc»

«LivAdr»

«LivSuiteAdr»

«LivCp» «LivVille»

**A l'attention :**

- **du Responsable du laboratoire**
- **du Directeur de l'Établissement de santé**
- **du correspondant local de réactovigilance**

Montpellier, le 13 Septembre 2006

**Objet: Retrait de lot du Contrôle Fructosamine.  
- FR 2994 lot 239 FR**

«Titre»,

Vous êtes utilisateur pour le dosage de la Fructosamine du contrôle cité en objet.

Notre Unité de Contrôle Qualité nous informe d'une altération de la concentration de ce paramètre.

En accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser ce lot,**
- **de nous retourner l'avis de destruction ci-joint dûment rempli.**

Un échange de coffret sera réalisé dès réception de ce dernier.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Merci de votre confiance.

***Fabienne CANTIE***  
Support Technique

***Christian SUAREZ***  
Systems Manager

# AVIS DE DESTRUCTION

## Bordereau à retourner

à Laboratoires Randox  
BP 82 / 1115 rue Hélène Boucher  
34131 MAUGUIO

par télécopie : 04-99-13-67-41  
courriel : randoxfr@randox.com

*Nom du Laboratoire* : «LivNom» \_\_\_\_\_

*Nom* : «LivInterloc» \_\_\_\_\_

*Adresse* : «LivAdr» \_\_\_\_\_  
«LivSuiteAdr» \_\_\_\_\_

*Code Postal* : «LivCp» \_\_\_\_ *Ville* : «LivVille» \_\_\_\_\_

**Je suis actuellement utilisateur de la référence :**

FR 2994

lot 239 FR

Nombre de coffret(s) présent(s) à ce jour détruit(s) par le laboratoire : \_\_\_\_\_

### Laboratoires Randox,

BP 82, 1115, rue Hélène Boucher, MONTPELLIER Fréjorgues, 34131 Mauguio Cedex, France

Tel: 04 99 13 67 40 Fax: 04 99 13 67 41

NIF: FR 62382632651 N° SIRET 38263265100057 APE: 514N TVA 30593396 RCS MONTPELLIER B 382632651

SIEGE CENTRAL – ARDMORE, DIAMOND ROAD, CRUMLIN, CO. ANTRIM, U.K., BT29 4QY

TEL: 00 44 28 9442 2413 FAX: 00 44 28 9445 2912

[www.randox.com](http://www.randox.com)